

Hermann, Melanie

Von: Schoech, Michael
Gesendet: Dienstag, 11. Juni 2013 11:50
An: Hermann, Melanie
Betreff: WG: Bauartzulassung PGC 9303

----- Originalnachricht -----

Von: Helga.Bettin@ptb.de [<mailto:Helga.Bettin@ptb.de>]
Gesendet: Tuesday, June 11, 2013 11:46 AM
An: Suhr, Jan; Both, Ralf; Schoech, Michael
Cc: Bert.Anders@ptb.de <Bert.Anders@ptb.de>
Betreff: Bauartzulassung PGC 9303

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Bearbeitung der Bauartzulassung ist uns aufgefallen, dass die Beschriftung beim Anklicken der Peaks in den Chromatogrammen am Controller nur teilweise oder einmal sogar falsch erfolgt.

Kurve 1:

Peak Methan: die Kurve wird nur beschriftet , wenn sie links
angeklickt wird
Peak Kohlendioxid: keine Beschriftung
Peak Ethan: richtig beschriftet

Kurve 2:

Peak Propan: beschriftet mit iso-Butan
Peak iso-Butan: richtig beschriftet mit iso-Butan
Peak n-Butan: richtig beschriftet mit n-Butan,
Peak iso-Pentan: keine Beschriftung
Peak n-Pentan: keine Beschriftung
Peak C6+: keine Beschriftung

Kurve3:

Peak Sauerstoff: keine Beschriftung
Peak Stickstoff: keine Beschriftung

Viele Grüße

Helga Bettin

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Kalorische Größen
Helga Bettin
Bundesallee 100, D-38116 Braunschweig
Tel.: +49-531-592 3223
Fax: +49-531-592 3305