

## Daten zwischen 17:00:00 01.07.2014 und 17:00:00 24.09.2014

Zeit	Ereignis
12:48:05 07.07.2014	Warnung "Temp.-1 Warngrenzen" kommt
15:59:18 20.05.2014	Alarm "Neustart GC9300" kommt
12:48:06 07.07.2014	Alarm "Temp.-1 Alarmgrenzen" kommt
12:48:08 07.07.2014	Alarm "Neustart GC9300" quittiert
12:48:08 07.07.2014	Alarm "AD-Wandler Bereich" kommt
12:48:26 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
12:48:26 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
12:48:26 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
12:48:37 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" kommt
12:49:48 07.07.2014	Alarm "AD-Wandler Bereich" quittiert
12:49:48 07.07.2014	Alarm "AD-Wandler Bereich" kommt
12:49:48 07.07.2014	Alarm "Temp.-1 Alarmgrenzen" quittiert
12:49:49 07.07.2014	Warnung "Temp.-1 Warngrenzen" quittiert
12:49:49 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
12:49:50 07.07.2014	Warnung "Temp.-1 Warngrenzen" kommt
12:49:50 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
12:49:51 07.07.2014	Alarm "Temp.-1 Alarmgrenzen" kommt
12:49:53 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
12:49:54 07.07.2014	Alarm "AD-Wandler Bereich" kommt
12:49:55 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" quittiert
12:49:57 07.07.2014	Alle Fehler gelöscht
12:49:58 07.07.2014	Alarm "AD-Wandler Bereich" quittiert
12:49:59 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" kommt
12:49:59 07.07.2014	Alarm "Temp.-1 Alarmgrenzen" quittiert
12:50:00 07.07.2014	Alarm "Temp.-1 Alarmgrenzen" kommt
12:50:01 07.07.2014	Warnung "Temp.-1 Warngrenzen" quittiert
12:50:01 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
12:50:03 07.07.2014	Alarm "AD-Wandler Bereich" kommt
12:50:04 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
12:50:05 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
12:50:06 07.07.2014	Warnung "Temp.-1 Warngrenzen" kommt
12:50:08 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
12:50:11 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
12:50:13 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
12:50:14 07.07.2014	Alarm "Temp.-1 Alarmgrenzen" kommt
12:50:16 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" quittiert

12:50:19 07.07.2014	Alle Fehler gelöscht
12:50:27 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" kommt
12:50:29 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
12:50:29 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
12:50:31 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
13:02:45 07.07.2014	Alarm "AD-Wandler Bereich" quittiert
13:02:46 07.07.2014	Alarm "Temp.-1 Alarmgrenzen" quittiert
13:02:46 07.07.2014	Warnung "Temp.-1 Warngrenzen" quittiert
13:02:46 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
13:02:47 07.07.2014	Warnung "Temp.-1 Warngrenzen" kommt
13:02:47 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
13:02:47 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
13:02:47 07.07.2014	Alarm "Temp.-1 Alarmgrenzen" kommt
13:02:48 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
13:02:49 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
13:02:50 07.07.2014	Alarm "AD-Wandler Bereich" kommt
13:02:51 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" quittiert
13:02:53 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
13:02:55 07.07.2014	Alle Fehler gelöscht
13:03:07 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" kommt
13:03:31 07.07.2014	Warnung "Temp.-1 Warngrenzen" quittiert
13:03:31 07.07.2014	Alarm "Temp.-1 Alarmgrenzen" quittiert
13:03:32 07.07.2014	Alarm "AD-Wandler Bereich" quittiert
13:05:20 07.07.2014	Warnung "P_MAX_S2" kommt
13:06:07 07.07.2014	Warnung "P_MAX_S2" quittiert
13:06:17 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
13:06:17 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
13:06:17 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
13:06:17 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" quittiert
13:06:17 07.07.2014	Alle Fehler gelöscht
13:06:18 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" kommt
13:06:19 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
13:06:20 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
13:06:21 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
13:20:21 07.07.2014	Alarm "Neustart GC9300" kommt
13:24:36 07.07.2014	Alarm "Neustart GC9300" quittiert
13:24:54 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
13:24:57 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
13:24:58 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
13:25:10 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" kommt

13:26:23 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
13:26:23 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
13:26:23 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
13:26:23 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" quittiert
13:26:23 07.07.2014	Alle Fehler gelöscht
13:26:33 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" kommt
13:26:34 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
13:26:34 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
13:26:35 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
13:26:56 07.07.2014	Hinweis "Messwerk Initializing" kommt
13:26:56 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" quittiert
13:27:09 07.07.2014	Hinweis "Messwerk Initializing" quittiert
13:27:09 07.07.2014	Hinweis "Messwerk Flushing" kommt
13:27:52 07.07.2014	Warnung "P_MAX_S1" kommt
13:28:38 07.07.2014	Warnung "HE1_P_MIN" kommt
13:28:47 07.07.2014	Warnung "HE2_P_MIN" kommt
13:28:55 07.07.2014	Warnung "CALGAS_P_MIN" kommt
13:29:15 07.07.2014	Hinweis "Messwerk Flushing" quittiert
13:29:20 07.07.2014	Warnung "REFGAS_P_MIN" kommt
13:30:07 07.07.2014	Warnung "CALGAS_T_MIN" kommt
13:30:16 07.07.2014	Warnung "REFGAS_T_MIN" kommt
13:31:31 07.07.2014	Warnung "" quittiert
13:31:39 07.07.2014	Warnung "HE2_P_MIN" quittiert
13:31:44 07.07.2014	Warnung "HE1_P_MIN" quittiert
13:32:00 07.07.2014	Warnung "CALGAS_T_MIN" quittiert
13:32:09 07.07.2014	Warnung "REFGAS_T_MIN" quittiert
13:32:23 07.07.2014	Warnung "P_MAX_S1" quittiert
13:38:26 07.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" kommt
13:38:26 07.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" kommt
13:39:21 07.07.2014	Warnung "REFGAS_P_MIN" quittiert
13:39:25 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
13:39:25 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
13:39:25 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
13:39:25 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
13:39:26 07.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" quittiert
13:39:27 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
13:39:28 07.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" quittiert
13:39:29 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
13:39:30 07.07.2014	Alle Fehler gelöscht
13:39:32 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti

13:39:34 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
13:39:34 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
13:39:34 07.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" kommt
13:39:35 07.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" quittiert
13:39:36 07.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" kommt
13:39:38 07.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" quittiert
13:39:39 07.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" kommt
13:39:40 07.07.2014	Alle Fehler gelöscht
13:39:41 07.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" kommt
13:39:44 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
13:39:45 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
13:39:45 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
13:39:46 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
13:39:47 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
13:39:49 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
13:39:51 07.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" quittiert
13:39:51 07.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" kommt
13:39:52 07.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" quittiert
13:39:54 07.07.2014	Alle Fehler gelöscht
13:39:54 07.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" kommt
13:39:56 07.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" kommt
13:39:58 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
13:39:59 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
13:40:01 07.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
13:47:44 07.07.2014	Hinweis "Kal: Vorgabewerte" kommt
13:49:35 07.07.2014	Hinweis "Kal: Vorgabewerte" quittiert
13:49:56 07.07.2014	Hinweis "Kal: Vorgabewerte" kommt
13:50:12 07.07.2014	Hinweis "Kal: Vorgabewerte" quittiert
13:52:36 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" kommt
14:13:12 07.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" quittiert
14:22:45 07.07.2014	Hinweis "Ausheizen" kommt
19:07:28 07.07.2014	Warnung "HE2_P_MIN" kommt
01:23:38 08.07.2014	Hinweis "Ausheizen" quittiert
01:23:38 08.07.2014	Hinweis "Abkühlen" kommt
01:26:29 08.07.2014	Warnung "HE1_P_MIN" kommt
01:53:42 08.07.2014	Hinweis "MW Setzen Messmeth. OK" kommt
01:53:42 08.07.2014	Hinweis "Abkühlen" quittiert
01:53:42 08.07.2014	Hinweis "Equilibrieren" kommt
02:23:44 08.07.2014	Hinweis "Equilibrieren" quittiert
08:02:02 08.07.2014	Warnung "HE2_P_MIN" quittiert

08:02:07 08.07.2014	Warnung "HE1_P_MIN" quittiert
08:03:22 08.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" kommt
08:09:31 08.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" quittiert
08:13:36 08.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" kommt
08:29:38 08.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" quittiert
08:32:54 08.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" kommt
08:34:38 08.07.2014	Hinweis "Messwerk Initializing" kommt
08:34:38 08.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" quittiert
08:34:42 08.07.2014	Hinweis "Messwerk Initializing" quittiert
08:34:42 08.07.2014	Hinweis "Messwerk Flushing" kommt
08:35:52 08.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" kommt
08:51:01 08.07.2014	Hinweis "Messwerk Flushing" quittiert
08:51:01 08.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" quittiert
08:58:18 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
08:58:18 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
08:58:19 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
08:58:19 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
08:58:21 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
08:58:22 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
08:58:23 08.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" quittiert
08:58:25 08.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" quittiert
08:58:26 08.07.2014	Hinweis "MW Setzen Messmeth. OK" quittier
08:58:28 08.07.2014	Alle Fehler gelöscht
08:58:29 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
08:58:29 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
08:58:30 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
08:58:31 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
08:58:32 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
08:58:33 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
08:58:36 08.07.2014	Alle Fehler gelöscht
08:58:37 08.07.2014	Alle Fehler gelöscht
08:58:38 08.07.2014	Alle Fehler gelöscht
08:58:39 08.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" kommt
08:58:40 08.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" kommt
08:58:42 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
08:58:43 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
08:58:44 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
09:46:13 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
09:46:14 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
09:46:14 08.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti

10:19:28 08.07.2014	Warnung "CALGAS_P_MIN" kommt
10:53:17 08.07.2014	Warnung "CALGAS_P_MIN" quittiert
10:56:40 08.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" quittiert
10:56:45 08.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" quittiert
10:56:45 08.07.2014	Alle Fehler gelöscht
11:47:56 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
11:56:23 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
11:56:23 08.07.2014	Alle Fehler gelöscht
11:57:48 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
12:05:24 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
12:06:53 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
12:06:57 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
12:10:01 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
12:12:07 08.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" kommt
12:12:08 08.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" kommt
12:12:12 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
12:12:12 08.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" quittiert
12:12:13 08.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" quittiert
12:12:13 08.07.2014	Alle Fehler gelöscht
12:15:57 08.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" kommt
12:15:57 08.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" kommt
12:23:30 08.07.2014	Hinweis "Ventile fixiert" quittiert
12:24:53 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
12:32:28 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
12:34:05 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
12:34:09 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
12:37:13 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
12:38:07 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
12:38:07 08.07.2014	Hinweis "Testbetrieb" quittiert
12:38:07 08.07.2014	Alle Fehler gelöscht
12:38:09 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
12:41:58 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
12:46:37 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
12:55:11 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
12:55:11 08.07.2014	Alle Fehler gelöscht
13:01:28 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
13:09:14 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
13:10:54 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
13:10:58 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
13:14:05 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert

13:19:04 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
13:20:40 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
13:20:44 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
13:23:51 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
13:28:38 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
13:30:15 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
13:30:19 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
13:33:26 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
13:38:06 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
13:39:37 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
13:39:41 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
13:42:48 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
13:47:49 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
13:52:30 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
13:57:10 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
13:58:41 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
13:58:45 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
14:01:53 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
14:06:34 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
14:11:15 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
14:15:57 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
14:17:31 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
14:17:36 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
14:17:49 08.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
14:19:09 08.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
14:19:09 08.07.2014	Alle Fehler gelöscht
08:31:18 09.07.2014	Warnung "HE1_P_MIN" kommt
10:02:37 09.07.2014	Warnung "HE1_P_MIN" quittiert
10:03:53 09.07.2014	Warnung "HE2_P_MIN" kommt
10:05:45 09.07.2014	Warnung "HE2_P_MIN" quittiert
10:06:31 09.07.2014	Warnung "CALGAS_P_MIN" kommt
10:06:52 09.07.2014	Warnung "CALGAS_P_MIN" quittiert
10:07:52 09.07.2014	Warnung "CALGAS_T_MIN" kommt
10:08:30 09.07.2014	Warnung "CALGAS_T_MIN" quittiert
10:09:07 09.07.2014	Warnung "REFGAS_P_MIN" kommt
10:09:24 09.07.2014	Warnung "REFGAS_P_MIN" quittiert
10:10:22 09.07.2014	Warnung "REFGAS_T_MIN" kommt
10:10:55 09.07.2014	Warnung "REFGAS_T_MIN" quittiert
10:11:41 09.07.2014	Warnung "P_MAX_S1" kommt
10:13:01 09.07.2014	Warnung "P_MAX_S1" quittiert

10:13:42 09.07.2014	Warnung "P_MAX_S2" kommt
10:15:22 09.07.2014	Warnung "P_MAX_S2" quittiert
11:39:37 09.07.2014	Hinweis "EichamtlicheIBN!" kommt
11:39:38 09.07.2014	Alarm "Neustart GC9300" kommt
11:40:07 09.07.2014	Alarm "Neustart GC9300" quittiert
11:40:09 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
11:40:10 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
11:40:10 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
11:41:25 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
11:41:25 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
11:41:25 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
11:41:25 09.07.2014	Alle Fehler gelöscht
11:41:28 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
11:41:28 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
11:41:29 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
11:45:53 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
11:45:53 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
11:45:53 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
11:45:53 09.07.2014	Alle Fehler gelöscht
11:45:53 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
11:45:53 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
11:45:54 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
12:08:05 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
12:08:05 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
12:08:05 09.07.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
13:46:50 09.07.2014	Alle Fehler gelöscht
13:57:15 10.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" kommt
13:57:48 10.07.2014	Warnung "Messwerk Timeout" quittiert
14:24:32 10.07.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
14:28:57 10.07.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
15:50:25 10.07.2014	Alle Fehler gelöscht
15:51:18 10.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
15:57:31 10.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
15:59:03 10.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
16:02:12 10.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
16:03:05 10.07.2014	Alle Fehler gelöscht
12:20:04 14.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
12:24:19 14.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
16:04:13 14.07.2014	Alle Fehler gelöscht
16:20:47 14.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt



16:26:04 14.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
16:27:36 14.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
16:27:40 14.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
16:30:47 14.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
16:35:29 14.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
16:37:00 14.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
16:37:04 14.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
16:40:11 14.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
16:44:40 14.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
16:44:40 14.07.2014	Alle Fehler gelöscht
08:23:48 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
08:25:03 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
08:25:08 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
08:32:40 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
08:37:14 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
08:41:50 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
08:43:10 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
08:43:14 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
08:46:17 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
08:50:55 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
08:52:17 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
08:52:21 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
08:55:24 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
09:00:01 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
09:01:28 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
09:01:32 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
09:04:35 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
09:09:14 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
09:13:46 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
09:18:18 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
09:19:40 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
09:19:44 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
09:22:15 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
09:22:48 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
09:23:21 15.07.2014	Alle Fehler gelöscht
11:49:05 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
11:50:54 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
12:05:38 15.07.2014	Alle Fehler gelöscht
12:33:48 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
12:39:59 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt

12:41:21 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
12:41:25 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
12:44:32 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
12:49:01 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
12:50:26 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
12:50:31 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
12:53:34 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
12:58:12 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
12:59:34 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
12:59:38 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
13:02:41 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
13:07:15 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
13:11:48 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
13:16:21 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
13:17:47 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
13:17:52 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
13:20:58 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
13:25:27 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
13:30:02 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
13:34:37 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
13:36:03 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
13:36:07 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
13:39:11 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
13:41:06 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
13:41:07 15.07.2014	Alle Fehler gelöscht
14:41:48 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
14:49:21 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
14:53:56 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
14:58:30 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
14:59:56 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
15:00:01 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
15:03:06 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
15:07:35 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
15:09:03 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
15:09:37 15.07.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
15:09:37 15.07.2014	Alle Fehler gelöscht
17:26:13 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
17:27:16 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
17:33:37 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
17:35:26 15.07.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert

17:49:27 15.07.2014	Alle Fehler gelöscht
15:52:59 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
16:00:29 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
16:01:53 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
16:01:57 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
16:04:29 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
16:04:29 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
16:04:29 22.09.2014	Alle Fehler gelöscht
16:04:31 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
16:09:24 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
16:11:27 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
16:11:27 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
16:11:27 22.09.2014	Alle Fehler gelöscht
16:11:29 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
16:18:17 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
16:19:42 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
16:19:46 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
16:22:49 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
16:27:22 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
16:28:47 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
16:28:51 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
16:31:55 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
16:36:27 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
16:41:00 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
16:45:34 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
16:50:06 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
16:54:39 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
16:56:03 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
16:56:07 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
16:59:10 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
17:03:43 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
17:05:09 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
17:05:13 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
17:08:17 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
17:12:47 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
17:17:20 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
17:21:51 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
17:23:17 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
17:23:21 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
17:26:25 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert

17:31:01 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
17:32:22 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
17:32:26 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
17:35:29 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
17:40:02 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
17:41:28 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
17:41:32 22.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
17:44:36 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
17:49:11 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
17:53:44 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
17:58:14 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
18:02:50 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
18:07:19 22.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
18:24:59 22.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." kommt
18:29:23 22.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." quittiert
18:33:46 22.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." kommt
18:38:09 22.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." quittiert
18:42:31 22.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." kommt
18:46:58 22.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
18:46:58 22.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
18:46:58 22.09.2014	Alarm "Ana: Stickstoff" kommt
18:46:58 22.09.2014	Alarm "Ana: Methan" kommt
18:46:58 22.09.2014	Alarm "Ana: Sauerstoff" kommt
18:51:33 22.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
18:56:07 22.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
06:04:43 23.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
06:09:14 23.09.2014	Alarm "Kal: Rhon Grenzwert" kommt
06:09:14 23.09.2014	Alarm "Kal: CO2 Grenzwert" kommt
06:18:09 23.09.2014	Alarm "Kal: Rhon Grenzwert" quittiert
06:18:09 23.09.2014	Alarm "Kal: CO2 Grenzwert" quittiert
06:27:19 23.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
06:27:19 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
06:27:36 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-3 Warngrenzen" kommt
06:31:55 23.09.2014	Alarm "Ana: Ethan" kommt
06:31:55 23.09.2014	Alarm "Ana: Propan" kommt
06:31:55 23.09.2014	Alarm "Ana: iso-Butan" kommt
06:31:55 23.09.2014	Alarm "Ana: n-Butan" kommt
06:31:56 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" kommt
06:36:29 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
06:36:29 23.09.2014	Alarm "Ana: Ethan" quittiert

06:36:29 23.09.2014	Alarm "Ana: Propan" quittiert
06:36:30 23.09.2014	Alarm "Ana: iso-Butan" quittiert
06:36:30 23.09.2014	Alarm "Ana: n-Butan" quittiert
06:36:31 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" quittiert
06:36:37 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-3 Warngrenzen" quitti
06:40:55 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
06:45:31 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
06:49:53 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
06:54:16 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
10:24:31 23.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
10:27:39 23.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
13:49:19 23.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
13:58:08 23.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
13:58:08 23.09.2014	Alarm "Ana: Wo Min/Max" kommt
13:58:08 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" kommt
13:58:24 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
13:58:24 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" kommt
13:59:31 23.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
13:59:35 23.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
14:02:40 23.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
14:02:40 23.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." quittiert
14:02:40 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
14:02:40 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
14:02:40 23.09.2014	Alarm "Ana: Stickstoff" quittiert
14:02:40 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" quittiert
14:02:41 23.09.2014	Alarm "Ana: Sauerstoff" quittiert
14:02:41 23.09.2014	Alarm "Ana: Wo Min/Max" quittiert
14:02:41 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" quittiert
14:07:14 23.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
14:07:14 23.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." kommt
14:07:14 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
14:07:14 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
14:07:14 23.09.2014	Alarm "Ana: Stickstoff" kommt
14:07:14 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" kommt
14:07:15 23.09.2014	Alarm "Ana: Sauerstoff" kommt
14:07:15 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" kommt
14:07:15 23.09.2014	Alarm "Ana: Wo Min/Max" kommt
14:07:15 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" kommt
14:07:31 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
14:08:38 23.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert

14:08:42 23.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
14:11:46 23.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
14:11:46 23.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." quittiert
14:11:46 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
14:11:47 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
14:11:47 23.09.2014	Alarm "Ana: Stickstoff" quittiert
14:11:47 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" quittiert
14:11:48 23.09.2014	Alarm "Ana: Sauerstoff" quittiert
14:11:48 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" quittiert
14:11:48 23.09.2014	Alarm "Ana: Wo Min/Max" quittiert
14:11:48 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" quittiert
14:16:16 23.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
14:16:16 23.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." kommt
14:16:32 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
14:16:33 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
14:16:33 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-4 Warngrenzen" quitti
14:17:41 23.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
14:17:45 23.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
14:20:49 23.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
14:20:49 23.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." quittiert
14:25:17 23.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
14:25:17 23.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." kommt
14:29:46 23.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
14:29:46 23.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." quittiert
14:34:21 23.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
14:34:21 23.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." kommt
14:35:43 23.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
14:38:52 23.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
14:38:52 23.09.2014	Alarm "Ana: unnorm. Sum." quittiert
14:52:33 23.09.2014	Alle Fehler gelöscht
15:09:34 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
15:09:34 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
15:09:34 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
15:09:44 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-3 Warngrenzen" kommt
15:13:58 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
15:13:58 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
15:13:58 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
15:18:21 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
15:18:21 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
15:18:21 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" kommt

15:18:21 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
15:18:21 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" kommt
15:18:30 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
15:22:49 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
15:22:49 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
15:22:49 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" quittiert
15:22:49 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
15:22:49 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" quittiert
15:27:12 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
15:27:12 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
15:27:12 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" kommt
15:27:12 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
15:27:12 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" kommt
15:27:12 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" kommt
15:27:19 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
15:31:38 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
15:31:38 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
15:31:38 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" quittiert
15:31:38 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
15:31:38 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" quittiert
15:31:38 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" quittiert
15:36:02 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
15:36:02 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
15:36:02 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" kommt
15:36:02 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
15:36:02 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" kommt
15:36:02 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" kommt
15:40:25 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
15:40:25 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
15:40:25 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" quittiert
15:40:25 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
15:40:25 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" quittiert
15:40:25 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" quittiert
15:42:49 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
15:42:49 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
15:42:49 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" kommt
15:42:49 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-3 Warngrenzen" quitti
15:42:49 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" kommt
15:42:49 23.09.2014	Alle Fehler gelöscht
15:42:50 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-3 Warngrenzen" kommt

15:44:48 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
15:44:48 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
15:44:48 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" kommt
15:44:48 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
15:44:48 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" kommt
15:44:48 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" kommt
15:49:12 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
15:49:12 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
15:49:12 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" quittiert
15:49:12 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
15:49:12 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" quittiert
15:49:12 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" quittiert
15:53:30 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
15:53:30 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
15:53:30 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" kommt
15:53:30 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
15:53:30 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" kommt
15:53:30 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" kommt
15:57:54 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
15:57:54 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
15:57:54 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" quittiert
15:57:54 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
15:57:54 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" quittiert
15:57:54 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" quittiert
16:02:18 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
16:02:18 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
16:02:18 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" kommt
16:02:18 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
16:02:18 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" kommt
16:02:18 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" kommt
16:06:40 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
16:06:40 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
16:06:40 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" quittiert
16:06:40 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
16:06:40 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" quittiert
16:06:40 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" quittiert
16:10:31 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-1 Warngrenzen" quitti
16:10:40 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-2 Warngrenzen" quitti
16:10:53 23.09.2014	Warnung "Stromausg.-3 Warngrenzen" quitti
16:11:01 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt



16:11:01 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
16:11:01 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" kommt
16:11:01 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
16:11:01 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" kommt
16:11:01 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" kommt
16:11:35 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" quittiert
16:11:35 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
16:11:35 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
16:11:35 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" quittiert
16:11:36 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" quittiert
16:11:36 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
16:11:36 23.09.2014	Alle Fehler gelöscht
16:19:41 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
16:19:41 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
16:19:41 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" kommt
16:19:41 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
16:19:41 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" kommt
16:19:41 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" kommt
16:24:15 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
16:24:15 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
16:24:15 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" quittiert
16:24:15 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
16:24:15 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" quittiert
16:24:15 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" quittiert
16:28:38 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
16:28:38 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
16:28:38 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" kommt
16:28:38 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
16:28:38 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" kommt
16:28:38 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" kommt
16:32:48 23.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
16:33:01 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
16:33:01 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
16:33:01 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" quittiert
16:33:01 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
16:33:01 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" quittiert
16:33:01 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" quittiert
16:33:14 23.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
16:37:19 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
16:37:19 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt

16:37:19 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" kommt
16:37:19 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
16:37:19 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" kommt
16:37:19 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" kommt
16:41:45 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
16:41:45 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
16:41:45 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" quittiert
16:41:45 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
16:41:45 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" quittiert
16:41:45 23.09.2014	Alarm "Ana: Rho,n Min/Max" quittiert
16:46:03 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
16:46:03 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
16:46:03 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
16:50:37 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
16:50:37 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
16:50:37 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
16:52:39 23.09.2014	Alle Fehler gelöscht
16:54:56 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
16:54:56 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
16:54:56 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
16:59:20 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
16:59:20 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
16:59:20 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
17:00:29 23.09.2014	Alle Fehler gelöscht
17:34:30 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
17:34:30 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
17:34:30 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" kommt
17:34:30 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
17:34:30 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" kommt
17:39:03 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
17:39:03 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
17:39:03 23.09.2014	Alarm "Ana: Methan" quittiert
17:39:03 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
17:39:03 23.09.2014	Alarm "Ana: Ho Min/Max" quittiert
17:43:27 23.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" kommt
17:43:27 23.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" kommt
17:43:27 23.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" kommt
08:19:09 24.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
08:24:46 24.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
08:24:50 24.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt

08:27:53 24.09.2014	Warnung "Ana: Konzentration" quittiert
08:27:53 24.09.2014	Alarm "Ana: Konzentration" quittiert
08:27:54 24.09.2014	Alarm "Ana: Kohlendioxid" quittiert
08:32:19 24.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
08:33:57 24.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
08:34:01 24.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" kommt
08:37:08 24.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
08:41:50 24.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" kommt
08:44:18 24.09.2014	Warnung "Druck des Meßgases" quittiert
08:46:30 24.09.2014	Alarm "Druck des Meßgases" quittiert
08:56:57 24.09.2014	Alle Fehler gelöscht
12:10:48 24.09.2014	Alarm "Neustart GC9300" kommt
12:15:05 24.09.2014	Alarm "Neustart GC9300" quittiert
12:38:15 24.09.2014	Alle Fehler gelöscht